Snímač teploty typu: CT X





TECHNICKÁ DATA

1. Měřící rozsah:
   K (NiCr-NiAl) / Inconel: do 1000(°C)
   J(Fe-CuNi) / Inconel: do 800(°C)
2. Přípustný tlak:
   4 (Mpa)
3. Materiál smáčených částí:
   I - Inconel
4. Standardní délka ponoření L:
   dle poptávky
5. Vnější průměr **Ø** :
   3; 4,5, 6 (mm)
6. Minimální rádius ohybu 2 x **Ø**
7. Časové konstanty

Průměr	Izolované spojení		Zeměné spojení	
	$T_{0.5}$[s]	$T_{0.9}$[s]	$T_{0.5}$[s]	$T_{0.9}$[s]
Ø=3	≤ 0.5	≤ 1.5	≤ 0.35	≤ 1.2
Ø=6	≤ 2.5	≤ 6.0	≤ 0.8	≤ 2.5

Způsob objednání:

CT | X | – | 1000 | – | | – | K | – | 1 | – | | – | O | – | EEx | – | (4,5)

- Typ provedení: X
- Montážní délka L (mm)
- Připojovací závit: bez nebo Ug6
- Typ a násobnost měřícího elementu: J, 2xJ, 2xK
- Třída měřícího elementu: 1 nebo 2
- Souvislost mezi hlavou rezistorem: není
- Typ spojení:bez nebo O, P, Z
- ATEX certifikát: Eex nebo bez

Rozšiřující informace:

1.* Nestandardní délka snímače teploty dle poptávky.
2. U plášťových termočlánků uvádějte ve specifikaci pro objednání vnější průměr termočlánku 3; 4; nebo 6 (mm)
3. Prosím o zadání typu hlavice nebo držáku: NA, MA, W, T nebo BT

CT | X | – | 2000 | – | UG6 | – | K | – | 1 | – | | – | O | – | EEx | – | (6, W)

4. Chcete-li určit teplotní snímač s hlvicí - montovaný s převodníkem v hlavici, přidejte prosím kód převodníku na konec v objednacím kódu snímače (viz kapitola X) např.

CT | X | – | 5000 | – | | – | K | – | 1 | – | | – | O | – | EEx | – | (X/0÷700; 3; Na)

Zastoupení v ČR: **Bernako spol.s r.o.**; Bavorská 856; areál Mototechny; 155 41 Praha
Tel.: +420 222 722 017; Mobil: +420 777 206 125; e-mail: info@bernako.cz; www.aplisens.cz